

产品说明书 Product Manual

【产品名称】

通用名称：0.1%蛋白胨水

英文名称：0.1% Peptone Water

【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
028025	干粉	250g/瓶

【产品用途】

用于样品的稀释。

【检验原理】

蛋白胨提供氮源

【配方成分】

配方（每升）	含量
蛋白胨	1.0g
最终 pH 7.0±0.2	

【使用方法】

称取本品 1g，加入蒸馏水或去离子水 1 L。搅拌加热煮沸至完全溶解，分装三角瓶，121℃高压灭菌 15min 备用。

【质量控制】

下列质控菌株接种待测试培养基，20℃~25℃，45min，结果如下：

指标	质控菌株及编号	标准值
生长率	产气荚膜梭菌 CMCC(B)64724 或 ATCC 13124	放置培养前后菌落数变化在±50%

【储存条件与保质期】

贮存于避光、干燥处，用后立即旋紧瓶盖；保质期三年。

【注意事项】

- 称量时注意粉尘，佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。
- 干粉培养基使用后立即旋紧瓶盖，避免吸潮结块。贮存于避光、干燥处。未开封产品保质期三年。开封后根据存放条件的不同保质时间存在一定的差异。
- 质检报告可以登录环凯网站 <http://www.huankai.com>，打开“质检报告”页面，输入产品批号下载。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。

【执行标准】

Q/HKSJ 03-2011 广东环凯微生物科技有限公司企业标准 普通微生物培养基

【说明版本】

2024 年 08 月 08 日

【参考文献】

GB 4789.13-2012 食品安全国家标准 食品微生物学检验 产气荚膜梭菌检验